

КОД ЗАКАЗА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

APZ 2422	-X	-X	-XXXX	-X	-XX	-X	-XXX	-X	-XX
УПЛОТНЕНИЕ									
Сварное соединение сенсора (без резиновых уплотнений -40...+125 °С)								W	
другое (указать при заказе)								X	
ИСПОЛНЕНИЕ									
Стандартное								00	
С возможностью калибровки нуля (требуется конфигуратор ZCON 100)								01	
Двухдиапазонное с возможностью калибровки нуля (требуется конфигуратор ZCON 100)								02	
Трехдиапазонное с возможностью калибровки нуля (требуется конфигуратор ZCON 100)								03	
другое (указать при заказе)								XX	

* Номиналы трехдиапазонного и двухдиапазонного исполнений могут быть выбраны из ряда номиналов однодиапазонного исполнения. При этом в качестве первого диапазона указывается максимальный. В качестве второго – следующий, меньший по значению. Например, для 6, 4 и 2,5 бар код диапазона должен быть указан 6000-4000-2500.

Пример: APZ 2422-G-B-6000-4000-2500-D-10-A-201-W-03