

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТСП Метран-246(Pt100) - 01 - IP65 - 250 - С - 4 - 1 - Л - У1.1 - ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Преобразователь сопротивления

ТСП Метран-245(50П) НСХ 50П
ТСП Метран-245(100П) НСХ 100П
ТСП Метран-246(Pt50) НСХ Pt50
ТСП Метран-246(Pt100) НСХ Pt100

2. Код исполнения защитной арматуры

01 по рис.1
02 по рис.2
03 по рис.3
04 по рис.4

3. Степень защиты от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254

IP5X рис.1, 2, 3, 4
IP65 рис.1, 2

4. Длина удлинительных проводов l, мм (для рис.1, 2 - см.табл.1) или длина монтажной части, L, мм (для рис.3, 4 - см.табл.2).

5. Код класса допуска

В
С

6. Схема соединений

4 четырехпроводная

7. Количество чувствительных элементов (ЧЭ)

1 один ЧЭ

8. Код исполнения защитной арматуры по материалам (табл.3).

9. Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150):

У1.1
Т3

10. Обозначение метрологической поверки:

ГП поверка органами Ростехрегулирования.